

راهنمای نمونه گیری آزمایش IGRA (Interferon Gamma Release Assay)

- جهت انجام آزمایش IGRA بیمار نیاز به ناشتا بودن ندارد.
- جهت انجام نمونه گیری چهار لوله مخصوص (QFT) به نام های:
 - Nil با درب خاکستری رنگ،
 - TB Antigen Tube 1 با درب سبز رنگ،
 - Mitogen Tube 2 با درب بنفش رنگ،
 - TB Antigen Tube با درب زرد رنگ آماده شده است.
- اگر از سیستم ونوجکت استفاده می کنید، خون از درون رگ تا خط سیاه روی لوله جاری خواهد شد (دقیقا یک میلی لیتر) و اگر از سیستم خونگیری سرنگ استفاده میکنید تا خط سیاه، خون به هر لوله اضافه کنید (دقیقا یک میلی لیتر). سپس بلافاصله نمونه با وارونه کردن حداقل ده بار مخلوط شود اگر امکان انتقال لوله های نمونه گیری شده QFT به دمای 37 درجه وجود ندارد، لوله ها تا 16 ساعت در دمای 5 ± 22 پایدار هستند.
- لوله های خونگیری شده به دمای 37 درجه سانتیگراد منتقل شده و به مدت 16-24 ساعت نگهداری شوند. سپس لوله ها به مدت 15 دقیقه در دور 2000-3000 RFC سانتریفیوژ شود. (اگر پلاسما خوب جدا نشده مجددا در دور بالاتر سانتریفیوژ تکرار شود). پلاسمای به دست آمده 28 روز در دمای 2-8 درجه سانتیگراد و حداقل سه ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد پایدار است.
- توجه فرمایید که هنگام جداسازی پلاسما رنگ درب لوله اصلی روی لوله جدا شده مشخص شود.

ترتیب پر کردن لوله ها : اول لوله خاکستری بعد لوله سبز و زرد و در آخر لوله بنفش